



CERTIFIKÁT EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU

číslo: TCM 321/17 - 5471

List 1 ze 13 listů

Ve shodě: se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh (implementovanou v České republice nařízením vlády č. 120/2016 Sb.).

Výrobce: SENSIT s.r.o.
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Česká republika

Pro: snímače teploty jako samostatnou podsestavu měřidla tepelné energie
typ: TP 11E, TP 13, TP 13A, TP 13B, TP 15, TP 15A, TP 15B, TP 16, TP 16A

Pt 100, Pt 500, Pt 1000

Teplotní rozsah Θ [°C]: 0 až 180

Mezní hodnoty teplotního rozdílu $\Delta\Theta$ [K]: 2 až 180 nebo 3 až 180

Platnost do: 31. května 2027

Číslo dokumentu: 0511-CS-C019-17

Popis měřidla: Základní charakteristiky, schválené podmínky a speciální podmínky, jsou-li nějaké, jsou popsány v tomto certifikátu.

Datum vystavení: 1. června 2017

Certifikát schválil:



RNDr. Pavel Klenovský